

Клиника ФГБНУ «Институт
экспериментальной медицины»
Санкт-Петербург,
Малый проспект П.С, д.13

Отзыв о проведении апробации
Вакуумных систем для взятия крови «LIND-VAC»

В период с 24 октября 2016 года по 02 ноября 2016 года в лаборатории ЦКДЛ ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» проведены медицинские испытания систем для взятия проб крови «LIND-VAC» (Эстония). Цель апробации- оценка возможности использования данных систем в медицинской практике нашего ЛПУ.

Для проведения апробации были получены следующие системы:

- Пробирки вакуумные Lind-Vac с цитратом натрия (3,8% 1:9 0,129mmol/L) 4.5мл. 13*75мм пластик- 100 шт.
- Пробирки вакуумные Lind-Vac с активатором свертывания 4мл. 13*75мм пластик-100 шт
- Пробирки вакуумные Lind-Vac с ЭДТА К3 5 мл, 13*75 мм, пластик-100 шт


Заключение о проведении апробации:

Вакуумные системы для взятия проб крови «LIND-VAC» полностью закрытые вакуумные системы, соответствующие нормативам, применяемым к пробиркам по цветовой маркировке, размеру, наполнителям, крышке. При параллельном сравнении с используемыми в лаборатории системами для забора крови «Vacuette», производства «Grainer» (Австрия) на оборудовании «LH 500» (Beckman-Coulter, США); «ACCESS-2» (Beckman-Coulter, США), «ACL 9000» (Instrumentation Laboratory, США) разницы в результатах не выявлено.

Особо отмечаем удобные остаточные сроки годности пробирок, стабильность объема забираемой крови (стабильность вакуума), удобство работы с пробирками при заборе крови.

Пробирки полностью удовлетворили лабораторию по качеству данной продукции.

10 ноября 2016 г.


Федеральное государственное учреждение
«Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины»
Северо-Западного отделения РАМН
(ФГБУ «НИИЭМ» СЗО РАМН)
И.О. заведующей ЦКДЛ
Клинико-диагностическая лаборатория
197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.12
тел. (812) 234-68-68, (812) 237-10-40